

											امکانات مناسب جهت قرار دادن اصولی تی ها در تی شوی وجود دارد و سالم است	۲۲
											روشنایی بخش مطابق با استانداردهای بهداشتی می باشد	۲۳
											دما بخش مطابق با استانداردهای بهداشتی می باشد	۲۴
											رطوبت بخش مطابق با استانداردهای بهداشتی می باشد	۲۵
											نمونه برداری از آب مصرفی ماهیانه انجام می شود	۲۶
											موارد نامطلوب کلر پیگیری و اقدام اصلاحی انجام می شود	۲۷
											ارتباط cssd با بخش اتاق عمل اصولی می باشد	۲۸
											منطقه تمیز از منطقه بسته بندی ، استریل کردن و انبار داری جدا شده است	۲۹
											قسمت شستشو و بسته بندی بصورت تفکیک شده از هم با شرایط بهداشتی وجود دارد	۳۰
											بسته بندی وسایل بصورت اصولی انجام می شود و کنترل می گردد	۳۱
											دستگاه های اتوکلاو دارای دو درب است به نحوی که از یک طرف بار گیری و از سمت دیگر تخلیه انجام می شود	۳۲
											تمام وسایل استریل شده بالاتر از سطح زمین و در قفسه های مناسب انبارداری می شود	۳۳
											وسایل استریل شده بصورت جداگانه و مستقل از سایر تجهیزات و وسایل انبارداری می شود	۳۴
											فرآیند استریلیزاسیون به نحو صحیح انجام می شود	۳۵
											ثبت مستندات مربوط به انجام فرآیند استریلیزاسیون وجود دارد	۳۶
											مسیرهای ورود و خروج تجهیزات و لوازم آلوده از استریل مجزا می باشد	۳۷
											در ورودی به ccssd ، سیاست خط قرمز به منظور حفظ حریم قسمت تمیز کاملاً مشخص و با نصب تابلو رعایت آن الزامی گردد و هشدارهای لازم ارائه شود	۳۸
											قسمت تمیز و کثیف بخش استریل باید کاملاً از هم مجزا باشند و رفت و آمد به آنها کاملاً کنترل شده باشد	۳۹
											در ورودی بخش محل مناسب جهت تعویض کفش پوشیدن گان در نظر گرفته شده است	۴۰
											در مرکز استریل یک درب جهت ورود و خروج کارکنان در نظر گرفته شود و تردد افراد متفرقه محدود و کاملاً کنترل شود تحویل و یا تعویض وسایل نیز از طریق پنجره ای که به اینکار اختصاص یافته است انجام پذیرد	۴۱
											قسمت نگهداری وسایل استریل باید از محوطه CSSD جدا باشد و این جداسازی باید حتماً از درب تحویل وسایل استریل جلوتر باشد	۴۲
											تست های اتوکلاو طبق برنامه داخل بسته ها گذاشته شود و پشت نوار تست تاریخ - شیفت- شماره اتوکلاو نوشته شود	۴۳
											پک ها باید به صورت عمودی (ایستاده) در اتوکلاو قرار داده شود به حالت خوابیده نبایستی باشد.	۴۴
											پک ها محکم بسته شده و در حالتی گذاشته شود که بین آنها فضا جهت عبور بخار باشد و اتوکلاو خیلی نباید پرشود	۴۵
											اطراف پارچه های بستن وسایل باید دوخته شده و سالم است	۴۶
											پس از در آوردن پک ها از اتوکلاو باید کاملاً خشک باشد و با دست مرطوب جابه جا نشوند	۴۷
											سطوح ، وسایل و تجهیزات متناسب با نوع کاربری و به روش مناسب گندزدایی می شود	۴۸
											کارکنان اتاق استراحت و سرویس بهداشتی با شرایط بهداشتی دارند	۴۹
											نیروی خدماتی از وسایل حفاظت فردی استفاده می کند	۵۰

	فروردین	توضیحات
	اردیبهشت	
	خرداد	
	تیر	
	مرداد	
	شهریور	
	مهر	
	آبان	
	آذر	
	دی	
	بهمن	
	اسفند	